



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **357/21**

Processo Administrativo: PMC.2020.00059044-15

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 135/2021

Objeto: Registro de Preços de sondas.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA**, inscrita no CNPJ sob nº 61.418.042/0001-31, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

Item	Código	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)
16	11480	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 12; - DUAS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - DESCARTÁVEL; - ESTÉRIL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	100	3,84
17	11481	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 16; - DUAS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - DESCARTÁVEL; - ESTÉRIL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA	PÇ	3.000	3,11
18	11482	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 20; - DUAS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - DESCARTÁVEL; - ESTÉRIL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS	PÇ	1.800	3,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

		DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA			
26	18295	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 22; - TRÊS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - COM CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	100	7,00
27	18297	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 18; - DUAS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - DESCARTÁVEL; - ESTÉRIL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	3.500	3,09
28	18298	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 14; - DUAS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - DESCARTÁVEL; - ESTÉRIL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	800	2,09
29	18299	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 10; - DUAS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 5 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - DESCARTÁVEL; - ESTÉRIL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	100	4,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

30	18300	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 08; - DUAS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 5 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - DESCARTÁVEL; - ESTÉRIL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	100	4,34
31	20226	SONDA URETRAL FOLEY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 24; - TRÊS VIAS; - CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS; - BALÃO DOTADO DE VÁLVULA ANTI#REFLUXO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 ML; - GRAVADOS O CALIBRE E GRADUAÇÃO COM MARCA INDELÉVEL; - COM CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE DISTAL; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM EXTERNA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA	PC	100	5,80

A empresa apresenta neste ato os seguintes documentos: procuração ou contrato social; cédula de identificação; Termo de Ciência e de Notificação.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafo.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 26 AGO. 2021

LAIR ZAMBON
Secretário Municipal de Saúde

**LUIZ ANTONIO
FERNANDES:53303245800**

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO FERNANDES:53303245800
Dados: 2021.08.11 10:03:34 -03'00'

**CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES –
SOCIEDADE LIMITADA**

Representante Legal:

CPF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2020.00059044-15

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Registro de Preços de sondas.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 135/2021

CONTRATANTE: Município de Campinas

CONTRATADA: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **357** /21

ADVOGADO(S)/Nº OAB/email: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCEP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pelo Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCEP – CadTCEP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- é de exclusiva responsabilidade da Contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

26 AGO. 2021

Campinas, _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dario Jorge Giolo Saadi

Cargo: Prefeito do Município de Campinas

CPF: 102.354.108-69

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Maria Emilia de Arruda Faccioni

Cargo: Secretária Municipal de Administração

CPF: 841.512.188-15

Assinatura: (no SEI)

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 819.609.998-34

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

E-mail da contratada: licitacoes@efernandes.com.br, simp.penteado@gmail.com

Assinatura: _____

LUIZ ANTONIO
FERNANDES:53303245800

Assinado de forma digital por LUIZ
ANTONIO FERNANDES:53303245800
Dados: 2021.08.11 10:10:52 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 819.609.998-34

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.