



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455 /23

Processo Administrativo: PMC.2023.00007544-15

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 115/2023

Objeto: Registro de Preços de cânulas, fios guia e máscaras laringeas.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado pelas autoridades municipais nominadas neste instrumento, e a empresa **V P – MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 73.318.693/0001-39, através do seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 11.447/94, da Lei Federal nº 8.666/93, e do Edital em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados:

Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unitário (R\$)
01	8626	CÂNULA DE GUEDEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TAMANHO 3; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DE-SINFECÇÃO. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	200	2,50
02	8627	CÂNULA DE GUEDEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TAMANHO 1; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DE-SINFECÇÃO. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	200	3,00
03	8628	CÂNULA DE GUEDEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TAMANHO 0; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DE-SINFECÇÃO. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	200	2,80
05	8641	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 6,5; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; -	PÇ	200	3,50



		<p>COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>			
06	8642	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 7,0; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍ- VEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBA- ÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍ- METROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRA- ZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICA- ÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRI- ÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>	PÇ	240	3,90
07	8643	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 8,0; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍ- VEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE</p>	PÇ	200	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p>CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>			
08	8644	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 8,5; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍ- VEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBA- ÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍ- METROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICA- ÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRI- ÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>	PÇ	250	3,50
09	8645	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 9,0; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍ-</p>	PÇ	200	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p>VEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>			
10	11483	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 7,5; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍ- VEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBA- ÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍ- METROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRA- ZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICA- ÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRI- ÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>	PÇ	240	3,50
14	18306	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 6,5; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI-</p>	PÇ	200	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p>CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>			
15	18307	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 6,0; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALA- GEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACOR- DO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>	PÇ	240	3,80
16	18308	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 5,5; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI-</p>	PÇ	200	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p>FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; -ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>			
17	18309	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 5,0; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALA- GEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACOR- DO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS.</p> <p>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</p>	PÇ	200	3,00
18	18310	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 4,5; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL,</p>	PÇ	240	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
19	18311	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 4,0; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALA- GEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACOR- DO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	240	3,00
20	18312	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 3,5; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO	PÇ	240	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
21	18313	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 3,0; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALA- GEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACOR- DO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	200	3,40
22	18314	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 2,5; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; -ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALA- GEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACOR- DO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS	PC	240	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		E INDELÉVEIS. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
23	18315	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 2,0; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXI- CO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRI- FICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚME- RO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; -ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALA- GEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACOR- DO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	240	3,00
26	18321	CÂNULA DE GUEDEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TAMANHO 5; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DE- SINFECÇÃO. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	200	2,00
29	43449	CÂNULA DE GUEDEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TAMANHO 4; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DE- SINFECÇÃO. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	200	2,00
30	43450	CÂNULA DE GUEDEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TAMANHO 2; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; -	PÇ	200	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DE-SINFECÇÃO. OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
--	--	---	--	--	--

A empresa apresenta neste ato os seguintes documentos: procuração ou ato constitutivo; cédula de identificação; Termo de Ciência e de Notificação.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafo.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 08-AGO. 2023

LAIR ZAMBON
Secretário Municipal de Saúde

IRINEU DA
SILVA:89869850634

Assinado de forma digital por
IRINEU DA SILVA:89869850634
Dados: 2023.08.01 15:15:20
-03'00'

V P – MEDICAMENTOS LTDA.

Representante Legal:

CPF nº



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2023.00007544-15

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Registro de Preços de cânulas, fios guia e máscaras laríngeas.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 115/2023

CONTRATANTE: Município de Campinas

CONTRATADA: V P – MEDICAMENTOS LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455 /23

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelo Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade da Contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

08 AGO. 2023

Campinas, _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dario Jorge Giolo Saadi

Cargo: Prefeito do Município de Campinas

CPF: 102.354.108-69

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Maria Emilia de Arruda Faccioni

Cargo: Secretária Municipal de Administração

CPF: 841.512.188-15

Assinatura: (no SEI)

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 819.609.998-34

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

E-mail da contratada: vpmedicamentos@hotmail.com

Assinatura: IRINEU DA SILVA:89869850634 Assinado de forma digital por IRINEU DA SILVA:89869850634
Dados: 2023.08.01 15:15:44 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 819.609.998-34

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____