



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Campinas, 07 de Outubro de 2024.

COTAÇÃO AQUISIÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BOCAL PARA ENDOSCOPIA E SONDAS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

Solicitamos o envio de cotação estimativa dos itens abaixo relacionados, ressaltando tratar-se de pesquisa de preços a ser utilizada na determinação do preço máximo aceitável na licitação para Aquisição desses itens. A data de abertura de licitação será divulgada posteriormente no site www.campinas.sp.gov.br.

Item	Código Reduzido	Descrição Sucinta	Descrição Detalhada	Unidade	Quantidade
1	11473	SONDA RETAL - Nº 30	SONDA RETAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 30; - CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATÓXICO; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.	UNI	40
2	18283	SONDA RETAL - Nº 28	SONDA RETAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 28; - CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATÓXICO; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM	UNI	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

			"PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.		
3	18284	SONDA RETAL - Nº 26	SONDA RETAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 26; - CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATÓXICO; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.	UNI	30
4	28031	SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 22	SONDA URETRAL DE ALÍVIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 22; - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS; - MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM; - SEM REBARBA DE MANUFATURA; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.	UNI	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

5	28032	SONDA URETRAL DE ALÍVIO DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 20	SONDA URETRAL DE ALÍVIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 20; - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; - PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS; - MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM; - SEM REBARBA DE MANUFATURA; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.	UNI	30
6	18286	SONDA RETAL - Nº 22	SONDA RETAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 22; - CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATÓXICO; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; OBS.: CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.	UNI	30
7	164802	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DESCARTÁVEL	BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - DESCARTÁVEL; - EM PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL; - ATÓXICO;	UNI	1.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- APIROGÊNICO;- TIPO POLICARBONATO OU SIMILAR RESISTENTE A MORDEDURA;- MEDIDA PARA USO ADULTO;- NO FORMATO OVAL,C/ORIFÍCIO CENTRAL;- COM FITA ELÁSTA DE SILICONE PARA FIXAÇÃO;- INDIVIDUAL;- EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. | | |
|--|--|--|--|--|

REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE), EMITIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.360/76 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES, PARA TODAS AS LICITANTES ARREMATANTES, COM FUNDAMENTO NO ART. 2º, INCISO VI, DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 16/2014.

ALVARÁ SANITÁRIO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM VIGÊNCIA, EMITIDO PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CÓDIGO SANITÁRIO E NORMAS COMPLEMENTARES.

SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DOS PRODUTOS PELA VENCEDORA, E ASSIM SUCESSIVAMENTE, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E NO SEU RECEBIMENTO FINAL, QUANDO DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO.

AS AMOSTRAS DEVEM SER DA MESMA MARCA APRESENTADA NA PROPOSTA, ACONDICIONADAS EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS, IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO ITEM, NÚMERO DO PREGÃO ELETRÔNICO, ENDEREÇADAS AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA NA AV. ANCHIETA, Nº 200 - 11º ANDAR, CENTRO - CAMPINAS, CEP 13015-904.

OS ITENS QUE TENHAM PRAZO DE VALIDADE DEVERÃO SER ENTREGUES COM PRAZO EQUIVALENTE A, NO MÍNIMO, 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO DE PAGAMENTO É DE 10 (DEZ) DIAS FORA A DEZENA, CONTADO DA DATA DO ACEITE DA NOTA FISCAL, QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

INFORMAR RAZÃO SOCIAL E CNPJ PARA FATURAMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONDIÇÕES DE ENTREGA

A ENTREGA DOS PRODUTOS, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO DEVERÁ OCORRER DE FORMA INTEGRAL, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.

A CONTRATADA RESPONSABILIZAR-SE-Á PELO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DO(S) ITEM(S), BEM COMO PELO SEU DESCARREGAMENTO NO LOCAL DE ENTREGA (INTERIOR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).

LOCAL DE ENTREGA

RUA EDUARDO EDARGÊ BADARÓ Nº 550 – JD. EULINA – CEP 13063-140 – CAMPINAS – SP – FONE (19) 32410342 / 3241-2054 – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08h00 ÀS 11h00 E DAS 13h00 ÀS 15h00

Solicitamos:

- Se possível informar o preço da unidade de compra da PMC, modelo e marca. Se o preço fornecido for de quantidade diferente, informar a quantidade.
- Incluir identificação da empresa (nome, endereço e CNPJ).
- Assinar o orçamento e colocar carimbo do CNPJ.
- **Os preços devem incluir custos de frete e impostos.**
- Encaminhar orçamento por e-mail para: mayara.pereira@campinas.sp.gov.br.

DADOS CADASTRAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ: 51.885.242/0001-40

AV. ANCHIETA Nº 200, CENTRO – CEP 13015-904 – CAMPINAS-SP

Atenciosamente,

Mayara Pereira –
(19) 2116-0170
Mayara.pereira@campinas.sp.gov.br